



Adquisición por Cotización CC N° 57/2026

"COMPRA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO DE PARASITOLOGÍA"

1. Ítems Requeridos. Se especifica la solicitud de la cotización de acuerdo al siguiente detalle:

N° de Ítems	Detalles de artículo	Cantidad	Unidades
1	- Autoclave tipo olla 75X-240V. - Capacidad: 41,5qt (39,2 litros aprox.) - Temperatura máx: 121°C. - Presión máx: 17PSI. - Alimentación eléctrica: 50-60Hz ; 240V Potencia: 1650W. - Corriente nominal: 6,88ª. - Presión de operación: Máx 15PSI (103kPa). - Material: Aluminio fundido de alta resistencia. - Control de temperatura: Termostato automático regulable. - Manómetro: Doble escala (Psi,kPa) con indicador de zona de esterilización. - Válvula de seguridad: Tipo resort.e - Tapa: Cierre tipo bayoneta con bloqueos de seguridad - Dimensiones aproximadas: 445mm alto x 406mm diámetro. - Peso aproximado: 14,5kg. - Incluye: Rejilla / Base Interna de aluminio. - Manual de usuario.  Imagen de Referencia	2	Pzas.
2	Estereomicroscopio: - Para observación de insectos y otras muestras pertinentes - Modo de observación: Campo claro	2	Pzas.



	• Cabezal: Binocular, 45º inclinado con cámara digital incorporada de 4Mp. USB/LAN/WiFi • Ajuste dióptrico: En ambos oculares. • Oculares: WF10x/20mm con seguro y protectores de goma para los ojos. • Objetivo: Acromático 1x, 2x 4x, con tratamiento antifúngico. • El equipo tiene un pilar con agarrador. • Distancia de trabajo: 60mm • Platina: De alta calidad, precisión de ajuste, con abrazaderas para el espécimen. • Enfoque: Mecanismo de enfoque de cremallera y piñón. • Iluminación: 1W LED giratorio para incidente y transmitida, con control táctil de la intensidad de la luz. • Led de larga duración proporciona 20 años de uso. • Temperatura del color: 6300K. • Enchufe: Múltiple 100-240Vac/5Vdc para la fuente externa de energía.		
	 Imagen de Referencia		
3	• Centrifugadora para 8 tubos: • Para procesar muestras de heces fecales de exámenes coproparasitológicos. • Centrífuga digital para 8 tubos de 15ml. • Con adaptadores para tubos de 5y10ml x8 • Capacidad: 8 tubos de 15ml. (5/10ml x8) • Dimensiones (mm)/Peso (kg): 400x300x200/7.3Kg • Diámetro del rotor: 11cm Voltaje: AC 110/220V, 50-60Hz. • Consumo: 60W Velocidad: 500 - 4000rpm. • Velocidad máxima RFC (xg): 2075RFC • Tiempo de ejecución: 30seg a 59 min.50seg. • Control de velocidad: Incremento de 100rpm	1	Pza.



	- Programa de memoria: - Funciones de protección para: Tapa abierta, sobre temperatura de la cavidad y vibración.  Imagen de Referencia		
--	--	--	--

2. **Presentación de propuestas.** Hasta hrs. 16:00 del 12 de marzo de 2026, al correo electrónico slarrea@ucb.edu.bo.
3. **Validez de la propuesta.** Treinta (30) días hábiles.
4. **Plazo de entrega.** 15 días calendario a partir de la firma del contrato (Si el plazo ofrecido es mayo, la universidad evaluará el mismo de acuerdo con su criterio y necesidad).
5. **Propuesta económica.** El monto debe ser expresado en bolivianos.
6. **Penalizaciones por mora.** Los retrasos darán lugar a la aplicación de sanciones de 1% diario sobre el monto adeudado al proveedor, hasta llegar al 5%, en la provisión de bienes o servicios por etapas (tracto sucesivo).
Los retrasos en entregas de tracto inmediato serán penalizados con la cancelación de la orden de compra, a criterio de la Universidad.
7. **Forma de pago.** 30 días después de recibida la factura y la conformidad de la Unidad Solicitante.
8. **Adjudicación.** Por ítem.
9. **Supervisión.** A cargo de la Carrera de Medicina.
10. **Las empresas que participen de este proceso deberán adjuntar la siguiente documentación a su oferta:**
Las empresas que participen en este proceso deberán adjuntar la siguiente documentación:
 - a) Copia de su constitución y su última modificación (No válido para empresas unipersonales).
 - b) Fotocopia simple del Poder del Representante Legal inscrito en SEPREC y que contenga facultades otorgadas al apoderado para participar en procesos de licitación o convocatorias públicas, presentar propuestas; así como suscribir contratos. (No válido para empresas unipersonales).
 - c) Matrícula de comercio vigente otorgada por SEPREC.
 - d) Copia de Certificado de Registro en el R.N.C. (del portal SIN).
 - e) Fotocopia simple de la cédula de identidad del representante legal o gerente, quien firmará el contrato.

La empresa adjudicada deberá presentar los documentos a y b en original o copia legalizada, dentro de los 10 hábiles posteriores a la adjudicación. Estos documentos no serán devueltos.



UNIVERSIDAD
CATÓLICA
BOLIVIANA

Los costos de la elaboración y presentación de propuestas, y de cualquier otro costo que demande la participación de un proponente en este proceso de contratación, cualquiera fuese su resultado, son total y exclusivamente propios de cada proponente, bajo su total responsabilidad y cargo.

11. Todas las cotizaciones **deben** adjuntar la **DECLARACIÓN JURADA DE INCOMPATIBILIDAD** que se encuentra al final de esta Convocatoria.

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones

La Paz, 6 de marzo de 2026



UNIVERSIDAD
CATÓLICA
BOLIVIANA

DECLARACIÓN JURADA DE INCOMPATIBILIDAD

(Campos obligatorios a ser llenados y firmados)

La empresa:

Con NIT:

Representante Legal:

Dueños:

Declaran no tener relaciones oficiales, profesionales, financieras o de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad con docentes (tiempo completo o medio tiempo), personal administrativo o autoridades que prestan servicios en la Universidad Católica Boliviana "San Pablo" en las diferentes Unidades Académicas a nivel Nacional.

Firma y aclaración de firma

Fecha: _____