



Adquisición por Cotización CC N° 97/2025

“COMPRA EQUIPO DE LABORATORIOS DE PARASITOLOGÍA, MICROBIOLOGÍA Y BIOQUÍMICA”

1. Ítems Requeridos. Se especifica la solicitud de la cotización de acuerdo al siguiente detalle:

N° de Ítems	Detalles de artículo	Cantidad	Unidades
1	<ul style="list-style-type: none">• Autoclave de 75 litros con cámara de acero inoxidable. Características: 1) Autoclave de 75L tipo rueda volante, automático con pantalla led y programas de esterilización, con cámara de Acero inoxidable SUS 304 2) Temperatura de trabajo de 105 - 125°C. y una exactitud de temperatura de +- 0,1°C con rango de temperatura de 0- 999min y presión de trabajo de 0,22 Mpa. 3) Con Válvula liberadora de presión, sensor de puerta, función anti secado y sensor de sobre temperatura 4) Puerta cubierta con material de aislamiento térmico.5) Fuente de energía 220V, 50/60 Hz con aparato de protección para sobretensiones con cable de alimentación 6) Peso aproximado 112 Kg con 4 ruedas en la base para transporte	4	Pzas.
2	<ul style="list-style-type: none">• Destilador de agua de 8L/H automático Características: 1) Equipo monodestilador automático con depósito de reserva, apto para montado en la pared, con tanque de almacenamiento de 16 litros con carcasa de doble pared y un peso aproximado de 35Kg 2) Grifo de drenaje de posición continua y táctil, con condensador tipo serpentín intercambiable. 3) Válvula solenoide para control del suministro de agua de corte automático. 4) Evaporador de fácil limpieza con desgasificación de CO2 en la salida del condensador y monitoreo electrónico de la contaminación 5) Entrada de refrigeración por agua para manguera de 1/2" con una tasa de flujo de enfriamiento de agua de 1,2L/min y drenaje para manguera de 3/4" 6) Alimentación de 230V; 50/60Hz con cable de alimentación 7) Conductividad etapa 1 a 25°C 2,3 µS/cm Instalación Equipo de Destilación de 8H/L a cargo de la empresa adjudicada	1	Pza.
3	<ul style="list-style-type: none">• Baño María de 20 litros Características: 1) Cámara interior de acero inoxidable y cobertor superior de diferentes diámetros con controlador PID micro procesado 2) Capacidad de 20 litros con un rango de temperatura ambiente de 100°C y una exactitud de	1	Pza.



	temperatura de +/-1°C con pantalla Led 3) Fuente de energía: AC220V+-10%, 50/60Hz con cable de alimentación.		
4	<ul style="list-style-type: none">• Estufa de Cultivo de 88L de capacidad con LCD Características: 1) Estufa de cultivo de 88L con pantalla LCD y control inteligente de temperatura con control de parámetros PID 2) Material externo de acero laminado con polvo antibacteriano, cámara interna de acero inoxidable 304 con ángulos redondeados, con al menos dos rejillas ajustables y vidrio doble para observación 3) Alarma de sobre temperatura, temporizador de 0 - 999h y rango de temperatura Ambiente a 85°C con estabilidad de temperatura de +/-0,5°C 4) AC 220/110 +-10% 50Hz con cable de alimentación y un peso neto aproximado de 50Kg.	2	Pzas.

NOTA: Mínimo 1 año de garantía.

Las empresas deben acreditar servicio técnico

De preferencia las empresas deben acreditar representación de la marca del equipo.

2. **Presentación de propuestas.** Hasta hrs. 16:00 del 7 de abril de 2025, al correo electrónico slarrea@ucb.edu.bo.
3. **Validez de la propuesta.** Sesenta (60) días hábiles.
4. **Plazo de entrega.** 30 días hábiles a partir de la firma del contrato. (Si el plazo ofrecido es mayor, la universidad evaluará el mismo de acuerdo con su criterio y necesidad).
5. **Propuesta económica.** El monto debe ser expresado en bolivianos.
6. **Penalizaciones por mora.** Los retrasos darán lugar a la aplicación de sanciones de 1% diario sobre el monto adeudado al proveedor, hasta llegar al 5%, en la provisión de bienes o servicios por etapas (tracto sucesivo).
Los retrasos en entregas de tracto inmediato serán penalizados con la cancelación de la orden de compra, a criterio de la Universidad.
7. **Forma de pago.** 30 días después de recibida la factura y la conformidad de la Unidad Solicitante.
8. **Adjudicación.** Por ítem.
9. **Supervisión.** A cargo de la Carrera de Medicina.
10. **Las empresas que participen de este proceso deberán adjuntar la siguiente documentación a su oferta:**
Las empresas que participen en este proceso deberán adjuntar la siguiente documentación:
 - a) Copia de su constitución y su última modificación (No válido para empresas unipersonales).
 - b) Fotocopia simple del Poder del Representante Legal inscrito en SEPREC y que contenga facultades otorgadas al apoderado para participar en procesos de licitación o convocatorias públicas, presentar propuestas; así como suscribir contratos. (No válido para empresas unipersonales).
 - c) Matrícula de comercio vigente otorgada por SEPREC.
 - d) Copia certificación electrónica NIT (del portal SIN).
 - e) Fotocopia simple de la cédula de identidad del representante legal o gerente, quien firmará el contrato.



UNIVERSIDAD
CATÓLICA
BOLIVIANA

La empresa adjudicada deberá presentar los documentos a y b en original o copia legalizada, dentro de los 10 hábiles posteriores a la adjudicación. Estos documentos no serán devueltos.

Los costos de la elaboración y presentación de propuestas, y de cualquier otro costo que demande la participación de un proponente en este proceso de contratación, cualquiera fuese su resultado, son total y exclusivamente propios de cada proponente, bajo su total responsabilidad y cargo.

11. Todas las cotizaciones **deben** adjuntar la **DECLARACIÓN JURADA DE INCOMPATIBILIDAD** que se encuentra al final de esta Convocatoria.

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones

La Paz, 3 de abril de 2025



UNIVERSIDAD
CATÓLICA
BOLIVIANA

DECLARACIÓN JURADA DE INCOMPATIBILIDAD
(Campos obligatorios a ser llenados y firmados)

La empresa: _____
Con NIT: _____
Representante Legal: _____
Dueños: _____

Declaran no tener relaciones oficiales, profesionales, financieras o de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad con docentes (tiempo completo o medio tiempo), personal administrativo o autoridades que prestan servicios en la Universidad Católica Boliviana "San Pablo" en las diferentes Unidades Académicas a nivel Nacional.

Firma y aclaración de firma

Fecha: _____